CMA
251012341224

衍达检测
YANDA TESTING

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：YD2026040946

样 品 类 别 (Sample category)	水质
受 检 单 位 (Inspected company)	吴江华衍水务有限公司
委 托 单 位 (Applicant)	吴江华衍水务有限公司

苏 州 衍 达 检 测 有 限 公 司

Suzhou Yanda Testing Co., Ltd

报 告 说 明

一、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

二、报告无编制、审核、批准签字无效。报告涂改无效。

三、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

四、本检测报告仅对所检样品检测项目的检测结果负责。由其他机构和单位采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

五、对报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。逾期不提出，视为认可本报告。

六、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。

七、加“◇”的项目为分包项目。

公司地址：苏州市吴江区云龙西路 2999 号

联系电话：0512—63498810

公司网址：https://yd.huayanwater.com

邮政编码：215200

检 测 报 告

委托方信息/Applicant Information			
委托单位 Applicant	吴江华衍水务有限公司		
委托人 Consignor	邱凌峰		
委托日期 Consigned Date	2026.04.08		
样品信息/Sample Information			
样品名称 Sample Name	生活饮用水	样品状态 Sample Status	无色液体
采样地点 Sampling site	/		
样品来源 Sample Sources	送样	采样员 Sampler	/
收样日期 Sample Received Date	2026.04.08	采样日期 Sampling data	/
检测信息/Testing Information			
检测日期 Test Period	2026.04.08-2026.04.10		
检测项目 Test Item	详见第 4 页		
检测设备 Test Equipment	详见附表 2		
评价依据 Evaluation Basis	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
评价结论 Evaluation Conclusion	所检项目均符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。		
备注 Remark	1. 本样品点位名称为优橙家一期。 2. 本报告中的样品信息来源于客户。		

编制人：　　编制日期：2026.05.21

审核人：　　审核日期：2026.05.21　　苏州衍达检测有限公司

签发人：　　签发日期：2026.05.21　　检验检测（专用章）

检 测 报 告

样品编号：SZ20260408057(优橙家一期)

序号	检测项目	单位	限值	检测依据	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	GB/T 5750.12-2023（4.1）	未检出
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	GB/T 5750.12-2023（5.3）	未检出
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	GB/T 5750.12-2023（7.3）	未检出
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023（4.2）	0.10
5	色度	度	15	GB/T 5750.4-2023（4.1）	<5
6	浑浊度	NTU	1	GB/T 5750.4-2023（5.1）	0.13
7	肉眼可见物	-	无	GB/T 5750.4-2023（7.1）	无
8	pH 值	-	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T 5750.4-2023（8.1）	7.69
9	亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1	GB/T 5750.5-2023（12.1）	<0.001
10	臭，味	-	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023（6.1）	0 级（无）
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	3	GB/T 5750.7-2023（4.1）	1.79
12	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	GB/T 5750.5-2023（11.1）	0.30

备注：/

以下空白

检 测 报 告

附表 1：本次检测方法

序号	样品类别	检测项目	方法检出限	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
1	饮用水	pH 值	-	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1） 玻璃电极法
2		亚硝酸盐（以 N 计）	0.001mg/L	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1） 重氮偶合分光光度法
3		大肠埃希氏菌	1MPN/100mL	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（7.3） 酶底物法
4		总大肠菌群	1MPN/100mL	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.3） 酶底物法
5		氨（以 N 计）	0.02mg/L	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1） 纳氏试剂分光光度法
6		浑浊度	0.05NTU	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1） 散射法-福尔马肼标准
7		游离氯	0.005mg/L	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.2） 3，3'，5，5'-四甲基联苯胺比色法
8		肉眼可见物	-	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1） 直接观察法
9		臭，味	-	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1） 嗅气和尝味法
10		色度	5 度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1） 铂-钴标准比色法
11		菌落总数	1CFU/mL	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1） 平皿计数法
12		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	0.05mg/L	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1） 酸性高锰酸钾滴定法
以下空白				

检 测 报 告

附表 2：仪器信息

序号	检测项目	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	菌落总数	数显恒温水浴锅(租赁)	HWS26 型	WJHY-SB-105
2	菌落总数	电热鼓风干燥箱	DHG-9140A	WJHY-SB-107
3	菌落总数	生化培养箱	LRH-250	WJHY-SB-364
4	总大肠菌群	定量封口机(租赁)	2009D	WJHY-SB-085
5	总大肠菌群	生化培养箱	LRH-250	WJHY-SB-364
6	大肠埃希氏菌	定量封口机(租赁)	2009D	WJHY-SB-085
7	大肠埃希氏菌	生化培养箱	LRH-250	WJHY-SB-364
8	游离氯	-	-	-
9	色度	-	-	-
10	浑浊度	浊度仪	TL2300	WJHY-SB-307
11	肉眼可见物	-	-	-
12	pH 值	pH 计(租赁)	FE28	WJHY-SB-338
13	亚硝酸盐（以 N 计）	紫外可见分光光度计	LAMBDA365	WJHY-SB-184
14	臭,味	数显恒温水浴锅(租赁)	HWS26 型	WJHY-SB-017
15	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	高锰酸盐指数分析仪(租赁)	1600D	WJHY-SB-004
16	氨（以 N 计）	紫外可见分光光度计(租赁)	Evolution 201	WJHY-SB-078
以下空白				

****报告结束****